



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI
GABINETE DO PREFEITO
ESTADO DE MINAS GERAIS

OFÍCIO 0275/PREF/2023

Araguari, 19 de janeiro de 2023.

Exmo. Senhor
RODRIGO COSTA FERREIRA
Presidente da Câmara Municipal de Araguari

Assunto: Encaminha resposta de requerimento.

Senhor Presidente,

1. Cumprimentando-o cordialmente, atendendo solicitação desta Casa Legislativa, vimos por meio deste encaminhar em anexo a resposta do requerimento abaixo mencionado:

- **REQUERIMENTO: 3626/2022 - OFÍCIO: 3821/2022**
ASSUNTO: "Solicitando que seja instalado aparelho de ultrassonografia em todas as UBSF e UBS da nossa cidade".
Vereador(es) autoria: **CLAYTON FRANCISCO BRAZÃO.**

2. Sem mais para o momento, colocamo-nos à inteira disposição de Vossa Excelência para qualquer outro esclarecimento que venha a se fazer necessário, reiterando protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

RENATO CARVALHO FERNANDES
Prefeito Municipal de Araguari

PREFEITURA DE ARAGUARI

Assinado digitalmente por RENATO CARVALHO FERNANDES, Data: 20/01/23 08:13

Palácio dos Ferrovianos - Praça Galvão Neves - Centro - Araguari-MG - CEP 38440-001

Código: 54351acf-122d-4d97-ae5c-9417894797a4

(34) 3690 3034 - 3690 3006

 www.araguari.mg.gov.br





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ESTADO DE MINAS GERAIS

OFÍCIO 2275/SMS/2022 (reimpresso em 2023)

Araguari, 12 de janeiro de 2023

Ao Exmo. Senhor
RENATO CARVALHO FERNANDES
DD Prefeito Municipal
Araguari - MG

ASSUNTO: Encaminha resposta de requerimento.

Senhor Prefeito,

Reportamo-nos por meio deste para encaminhar-vos a(s) resposta(s) do(s) requerimento(s) advindo(s) da Câmara Municipal de Araguari.

DATA: 03/11/2022 - REQUERIMENTO(S): 3.626/2022

ASSUNTO(S): Solicita que seja instalado aparelho de ultrassonografia em todas as UBSFs e UBSs da cidade.

Vereador(es) autoria: **CLAYTON FRANCISCO BRAZÃO**

Diante do requerido, esclarecemos que a solicitação é inviável de ser atendida, pois o manuseio do equipamento de ultrassonografia exige profissionais com pós-graduação ou residência médica na área para fornecer laudos com qualidade, além de ter custos elevados para aquisição e manutenções regulares dos equipamentos. Ademais, não temos demanda que justifique a necessidade de instalação do aparelho em todas as unidades do Município.

Sem outro particular, colocamo-nos à inteira disposição de Vossa Senhoria para qualquer outro esclarecimento que venha a se fazer necessário, reiterando protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

LAURA MENDONÇA DE PAULA
Secretária Municipal de Saúde Interina

Araguari, conectada com você e com o Brasil

Rua Doutor Afrânio, 161 - Centro - Araguari - MG - 38.440-072

Telefone: (34) 3690-3005 - E-mail: secsaude@araguari.mg.gov.br

assinado digitalmente por LAURA MENDONÇA DE PAULA, Data: 13/01/23 10:12

id: eb4935de-06b0-4b42-88f2-60e82e8d0d9a

